

**INFORMACJA O WPLYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ
ORGANIZACYJNĄ POLEGAJĄCEJ NA URUCHOMIENIU PRACOWNI RTG
ORAZ URUCHOMIENIU I STOSOWANIU APARATÓW RTG
NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO**

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe Dz.U. 2026 poz. 1, informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej
Centrum Stomatologiczne Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 15
48-200 Prudnik

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu aparatów rentgenowskich wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchamianiu pracowni w których mają być stosowane w/w aparaty.

Dla jednostki zostały wydane przez Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego stosowne decyzje zezwalające na uruchomienie pracowni rentgenowskiej, na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich oraz zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych stomatologicznych.

W jednostce przeprowadzone zostały również pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów rentgenowskich, podczas których potwierdzono, że konstrukcje ścian, stropów, okien, drzwi oraz stosowane osłony indywidualne zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. (Dz.U. Nr 180, poz.1325).

Na podstawie art.17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W 2025r. nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Wykaz ilościowy przekroczeń dawek granicznych: całe ciało (20mSv): 0.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby - przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej - liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w 2025r. nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Prudnik, dn.09.03.2026r.

**WICE PREZES ZARZĄDU
CENTRUM STOMATOLOGICZNEGO Sp. z o.o.**

mgr Karina Fischer

.....
podpis